高度救命処置用資機材仕様書

第１　総　　則

１　目　　的

この仕様書は，旭川市（以下「本市」という。）が平成２７年度に購入し，本市南消防署に配置の災害対応特殊救急自動車（以下「救急車」という。）に積載する高度救命処置用資機材（以下「資機材」という。）の仕様について定める。

２　仕　　様

（１）資機材は，高度救命処置用資機材（別表１）によるものとする。

（２）資機材は，この仕様書によるもののほか「緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱」に適合するものとする。

（３）受注者は，救急車に固定する必要がある資機材については確実に取り付けること。

３　納入検査

（１）納入検査は，本市が指示する日時及び場所で行うものとし，検査の結果，不適合又は不合格品と認められるものは，本市の指示する日までに製品又は部品の取替え等を行い，再度検査を受けるものとする。

（２）納入場所は，本市とする。

（３）提出書類は，各資機材取扱説明書とする。

４　納入期限

平成２８年３月２５日

５　その他

（１）本仕様書に疑義が生じた場合は，本市とその都度協議するものとし，仕様に変更が必要な場合は，直ちに本市に連絡の上，指示を受けるものとする。

（２）本仕様書で定める資機材については，本市が平成２７年度に救急車の納入を発注する業者と連絡・調整を密接に行い，救急車内の適した位置に積載及び取付けし，救急車と同時に納入すること。

（３）この資機材の受注者は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律第３９条に規定する高度管理医療機器等の販売業の許可を取得していること。

（４）この資機材の保証期間は，納入後１年間とする。

別表１　高度救命処置用資機材

	品　　名	数量	仕　　様	
1	気道確保用資機材	１式	(参考製品)	
			Penlonﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ喉頭鏡ｾｯﾄB(日本船舶 BE-4003-012)	2組
			ﾌｧｲﾊﾞｰｵﾌﾟﾃｨｸｽ 喉頭鏡ｾｯﾄ (ｴｲﾊﾞﾝ OE-15-76)	2組
			(参考製品)	
			ﾏｷﾞｰﾙ鉗子　25cm(大) (日本船舶 BE-1605-033)	1個
			ﾏｷﾞｰﾙ鉗子　18cm(小) (日本船舶 BE-1605-031)	1個
			MYﾏｷﾞｰﾙ鉗子　(松吉　MY-5019L)	1個
			MYﾏｷﾞｰﾙ鉗子　(松吉　MY-5019S)	1個
			(参考製品)	
			ﾊﾝﾃﾞｨﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ　(ノニン社 2500A)	1個
			CCｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ　(ノニン社 2500CC)	1個
			ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ　(NAVIS Handy100)	1個
			収納ｹｰｽ　(上記製品が収まるもの)	1個
			ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞCO2ﾓﾆﾀｰｶﾌﾟﾉﾁｪｯｸⅡ	1式
			ｶﾌﾟﾉﾁｪｯｸⅡ患者ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ10個入 (WW8214)	1袋
			ｶﾌﾟﾉﾁｪｯｸⅡ搬送用ﾊﾞｯｸﾞ (8414K)	1個
			ｶﾌﾟﾉﾁｪｯｸⅡ用ﾊﾞｯﾃﾘｰ (8408)	1個
			指用ｵｷｼﾒｰﾀｰ・ﾌﾟﾛｰﾌﾞｽﾎﾟｯﾄﾁｪｯｸ小児用3178S	1個
			(参考製品)	
			手動式人工蘇生器 (ﾚｰﾙﾀﾞﾙ87005105成人ｼﾘｺﾝﾚｻｼﾃｰﾀ)	
			ｴﾏｼﾞﾝﾊﾞｯｸﾞ大 (BC-01L-EM　ﾌﾞﾙｰｸﾛｽ)	1式
			手動式人工蘇生器 (ｱﾝﾌﾞ蘇生ﾊﾞｯｸﾞﾏｰｸⅣ成人 AM-1209	
			-068) ｼﾘｺﾝｶﾌ・ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸﾞ付き	1式
			(参考製品)	
			手動式人工蘇生器 (ﾚｰﾙﾀﾞﾙ85005105乳児ｼﾘｺﾝﾚｻｼﾃｰﾀ)	
			ｴﾏｼﾞﾝﾊﾞｯｸ大 (BC-01L-EM　ﾌﾞﾙｰｸﾛｽ)	1式
			手動式人工蘇生器(ｱﾝﾌﾞ蘇生ﾊﾞｯｸﾞﾏｰｸⅣﾍﾞﾋﾞｰ用AM-1209	
			-069) ｼﾘｺﾝｶﾌ・ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸﾞ・ｱﾀﾞﾌﾟﾀ付き	1式
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-06-003-1)10本入り	2箱
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-06-004-1)10本入り	2箱
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-06-005-1)10本入り	2箱
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-01-000J)	2本
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-01-001J)	2本
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-01-002J)	2本
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-01-003J)	2本
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-01-004J)	2本
			ﾗﾘﾝｹﾞｱﾙﾁｭｰﾌﾞLT (ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ 32-01-005J)	2本

			ｽﾐｳｪｲWB 3本入り(住友ﾍﾞｰｸﾗｲﾄMD-38510)	3箱
			（参考製品）	
			ｽﾀｲﾚｯﾄ （ﾅﾋﾞｽ 大450mm 0-3201-11） 10本入り	1箱
			ｽﾀｲﾚｯﾄ （松吉医科器械 450mm 23－6642－00 10本入り）	1箱
			ﾄｰﾏｽﾁｭｳﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞｰ 大人用(ﾚｰﾙﾀﾞﾙ 600-10005)	5個
			小児用(ﾚｰﾙﾀﾞﾙ 600-20005)	5個
			ｲｰｼﾞｰｷｬｯﾌﾟ (ﾀｲｺﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ EASYCAP6J)	1箱
			EDD (ｱﾝﾌﾞ ｴｱｳｪｲﾁｪｯｶｰﾊﾞﾙﾌﾞ)	2個
2	ビデオ喉頭鏡	1式	ﾋﾞﾃﾞｵ硬性挿管用喉頭鏡ｴｱｳｪｲｽｺｰﾌﾟ AWS-S100L PENTAX	1台
			ｲﾝﾄﾛｯｸ M-ITL-SL(10個入り 12321011)PENTAX	1箱
3	自動体外式除細動器（二相波型式）	1式	自動体外式除細動器 （日本光電 TEC-2513）	1台
			ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ （日本光電 SB-201V）	1台
			SDﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ （日本光電 QM-001D）	1個
			除細動ﾚﾎﾟｰﾄ表示ｿﾌﾄｳｪｱ(日本光電 QP-551V)	1個
			ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ （日本光電 NKB-102V）	3個
			使い捨てﾊﾟﾄﾞﾙ （日本光電 P-521）	10組
			記録紙(10巻入り） （日本光電 RQS-50-3）	1箱
			ﾋﾞﾄﾛｰﾄﾞ(3×100) （日本光電 J-3）	2箱
4	輸液用資機材	1式	(参考製品)	
			止血帯(井ノ内式) （日本船舶 FA-1091-001）	2個
			止血帯(井ノ内式) （ｴｲﾊﾞﾝ OE-20-23）	2個
			(参考製品)	
			輸液ｾｯﾄ(中間ﾁｭｰﾌﾞ付き)20ｾｯﾄ入り （ﾃﾙﾓ TI-U255P）	1式
			輸液ｾｯﾄ20ｾｯﾄ入り （JMS JY-C501RA）	1式
			(参考製品)	
			ﾃｶﾞﾀﾞｰﾑ （1626W 50枚入り）	1箱
			ｽｰﾌﾟﾗｿｰﾌﾟF(50枚入り） (Lohmann-Rauscher 20463)	1箱
5	観察装置（血中酸素飽和度測定器・心電計）	1式	ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀｰ （日本光電 BSM-3562）	1台
			ﾌｨﾝｶﾞｰﾌﾟﾛｰﾌﾞ （日本光電 TL-201T）	1式
			ﾃﾞｨｽﾎﾟｵｷｼﾌﾟﾛｰﾌﾞ （日本光電 TL-271T3）	1箱
			ﾃﾞｨｽﾎﾟｵｷｼﾌﾟﾛｰﾌﾞ （日本光電 TL-272T3）	1箱
			記録紙(10冊) （日本光電 FQW-50-3-100）	1箱
			ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ （日本光電 SB-671P）	1個

備考　　別表１に示した資機材及び取付品において，同等以上の性能を有するものを代替しようとする場合は，事前に本市に当該物品等の性能資料等を提出し，承認を得ること。